浙江省生态环境监测协会文件

浙环监协〔2026〕40号

关于2026年度第四期社会生态环境监测机构能力比对“土壤中汞、砷的测定”结果的通报

各社会生态环境监测机构：

根据《关于开展2026年度第四期社会生态环境监测机构能力比对“土壤中汞、砷的测定”的通知》（浙环监协〔2026〕32号），我会于2026年9月组织开展了实验室能力比对，能力比对项目为土壤中汞、砷，评价方法为四分位稳健统计法，评价参数为实验室间的Z比分数，评价结果判定为|Z|≤2为满意结果，2<|Z|<3为有问题的结果，|Z|≥3为不满意结果。

参加本次能力比对共有30家机构，其中：土壤中汞的测定结

果满意为24家，无有问题机构，不满意为6家，一次满意率为80.0%；土壤中砷的测定结果满意为29家，有问题为1家，无不满意机构，一次满意率为96.7%，具体详见附件。

对于本次能力比对不满意和有问题的机构，需认真查找原因，加强质量控制，通过持续改进不断提高检测质量，确保出具的检测结果准确可靠，并可自愿参加一次补测。

附件：2026年度第四期社会生态环境监测机构能力比对“土壤中汞、砷的测定”结果

浙江省生态环境监测协会

2026年9月22日

附件：

2026年度第四期社会生态环境监测机构能力比对“土壤中汞、砷的测定”结果

序号	机构代码	评判结果	
		土壤中汞	土壤中砷
1	001	满意	满意
2	002	满意	满意
3	003	满意	满意
4	004	满意	满意
5	005	满意	满意
6	006	不满意	满意
7	007	满意	满意
8	008	满意	满意
9	009	满意	满意
10	010	不满意	满意
11	011	满意	满意
12	012	满意	满意
13	013	满意	满意
14	014	满意	满意
15	015	满意	满意
16	016	满意	满意
17	017	满意	满意

序号	机构代码	评判结果	
		土壤中汞	土壤中砷
18	018	满意	满意
19	021	满意	满意
20	022	不满意	满意
21	023	不满意	有问题
22	024	满意	满意
23	025	满意	满意
24	026	满意	满意
25	027	满意	满意
26	028	满意	满意
27	029	不满意	满意
28	030	满意	满意
29	031	满意	满意
30	032	不满意	满意

浙江省生态环境监测协会秘书处　　2026年9月22日印发